

# 实验室安全检查通报

南京医科大学 资产和产业管理处

(2019) 第 2 期, 总第 2 期

## 各相关学院/二级单位:

八月底开学以来, 为加强假期实验室安全管理, 防范安全隐患, 杜绝实验室安全事故的发生, 确保全校师生新学期学习、工作顺利开展, 资产和产业管理处依托实验室安全与环境督查、巡查员队伍深入实验室一线开展不定期督、巡查; 结合省教委、江宁区治安大队等有关部门上门检查; 联合保卫处、有关学院组成安全检查小组对江宁校区实验室重点区域进行排查。检查重点为危险化学品、特种设备保管使用情况等。请各相关学院、实验室针对发现的隐患积极整改, 举一反三杜绝此类现象的发生。现将检查情况通报如下:

### 1、危险废物管理

- 实验室危废存储区域未设置隔离带;
- 危险废物随意摆放, 无固定区域存放;
- 废液桶没有标签标明废液种类。

### 2、管控类化学品管理

- 易制爆、易制毒危险化学品与普通试剂混放在一起;
- 使用普通试剂柜存放管制类危险化学品;
- 安全柜试剂混放情况严重, 将所有试剂放入同一个安全柜中, 没做到分类储;
- 易制毒试剂直接放在实验台的试剂架上。

### 3、实验室化学试剂存放 (非管制)



扫描全能王 创建

- 个别试剂瓶无标签，盛放不明液体；
- 大量易燃化学试剂，堆放在实验室中。

#### 4、实验室通风系统

- 通风柜中摆放杂乱，没有进行实验时，仍有化学试剂或废弃物摆放在通风橱中；
- 有部分实验室通风柜异常，无法抽风。

#### 5、实验室卫生与日常管理

- 实验室桌台摆放杂乱；
- 实验区和学习工作区未有效分开；
- 实验室内存放食物

#### 附表 1：至诚楼

地点	学院、部门	隐患描述
Y508	药学院	通风柜内大量堆放试剂，其中苦味酸、硫粉属于易制爆应放入专用柜内，管制试剂使用记录不完整，实验台面不整洁。
Y520	药学院	通风柜内堆放试剂，实验台面不整洁，玻璃废弃物处理不及时。
Y530	药学院	通风柜内堆放试剂，管制试剂不入柜，氢气、氩气、氮气、二氧化碳气瓶混放，无泄漏报警装置。
Y540	药学院	通风柜内堆放试剂
Y507	药学院	管制类试剂使用记录不完善
Y432	药学院	通风柜内堆放试剂，生活垃圾实验室垃圾混放。
Y430	药学院	实验室实验区域内有食品
Y424	药学院	高温仪器附近堆放易燃物
Y422	药学院	建议加装氧含量报警
Y238	药学院	管制类试剂使用记录不完善



Y206	药学院	三氯甲烷、硝酸铅等管制类试剂未放入专用柜，实验室废液未分类
------	-----	-------------------------------

**附表 2：学海楼**

地点	学院、部门	问题事实描述
B407	基础	发现不明来源的民爆物品苦味酸（3 克）
A233	基础	发现一瓶硝酸未登记储存、使用台账
A330	基础	发现一瓶重铬酸钾未登记储存、使用台账
A321	基础	实验室废弃物未分类存放，大量堆积
B309	基础	实验室废弃物未分类存放，大量堆积
A726	基础	危化品试剂存储柜双锁要防盗
A711	基础	通风橱在无实验情况下处于开启状态 烘箱上存放易燃物品
B625	基础	通风橱在无实验情况下处于开启状态 危化品使用记录本记录不规范
B611	基础	实验室内存放食物 危化品试剂存储柜未上锁，钥匙摆放于旁边，未设专人管理
B607	基础	通风橱在无实验情况下处于开启状态 实验室内冰箱中存放食物 管制类试剂（过氧化氢）存放于通风橱内
B605	基础	通风橱在无实验情况下处于开启状态
B513	基础	通风橱在无实验情况下处于开启状态
B523	基础	实验室内存放食物 通风橱在无实验情况下处于开启状态 消防器材未按要求摆放
B521	基础	实验室内存放食物 危化品试剂存储在简易木柜中（已申请专用存储柜）
B407	基础	高压锅压力表已坏，未标识 危化品试剂存储柜通风设施未开启
B325	基础	化学试剂存放于地面 实验室内饲养实验动物
B329	基础	通风橱在无实验情况下处于开启状态
B313	基础	实验室内存放食物



A333	基础	实验室改作学生学习室，但通风橱处于开启状态
A118	基础	实验室内无人时，危化品试剂存储柜未上锁， 双锁钥匙合在一起摆放于旁边，未按要求双人保管 通风橱在无实验情况下处于开启状态 实验室内实验垃圾与生活垃圾混放
A123	基础	危化品试剂存储柜不符合双人双锁要求 无危化品使用记录本
B207	生殖	实验室内无人，但门未关闭
B201	生殖	学生实验时未穿实验服
B103	生殖	学生实验时未穿实验服
B110	生殖	实验室内存放食物 通风橱内存放无水乙醇
B105	生殖	通风橱内饲养动物
B109	生殖	通风橱内饲养动物 实验室内存放食物
C533	护理	二氧化碳钢瓶未固定
C535	护理	通风橱在无实验情况下处于开启状态
B221	生殖	发现双氧水的出入库登记不规范，生活垃圾与实验室垃圾混放

### 附表 3：动物中心

地点	学院、部门	问题事实描述
中心库房	动物中心	库房防盗窗不达标
中心库房	动物中心	库房监控信号不正常

对隐患如有疑问，整改咨询联系资产和产业管理处实验室管理科 025-86869283。

资产和产业管理处

2019年09月29日



扫描全能王 创建